

Warszawa 23.01.2014r

Firma SKIN CLINIC Sp z o.o.

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w klinice Skin Clinic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

1. Zamawiający: Firma SK IN CLINIC Sp z o.o. zarejestrowana w KRS pod nr. 0000302468 zaprasza do złożenia oferty na
2. Przedmiot zamówienia: zakup urządzenia do redukcji tkanki tłuszczowej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne).
3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2014 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 00193 Warszawa, ul. Stawki 4b tel. 602 659 427. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
5. Oferta powinna również zawierać oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zasobami umożliwiającymi realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy,
7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia, 03.02.2014 r. do godziny 12:00, pisemnie na adres: poczty elektronicznej katarzyna@skinclinic.pl i/lub na adres Firma SKIN CLINIC Sp z o.o. : 00- 193 Warszawa, ul. Stawki 4b
8. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 03.02.2014 r o godz.12:00, w siedzibie zamawiającego Firma SKIN CLINIC Sp z o.o. 00- 193 Warszaw, ul. Stawki 4b
9. Z postępowania oceniającego zostanie sporządzony protokół i odesłany do uczestników postępowania.
10. Wyniki protokołu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej zamawiającego



Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu

URZĄDZENIA DO REDUKCJI TKANKI TŁUSZCZOWEJ , które będzie zawierać następujące parametry i rozwiązania – zamawiający dopuszcza inne parametry i rozwiązania równoważne

Urządzenie służące do wykonywania usługi	Redukcja tkanki tłuszczowej
Parametr	Dane
Napięcie zasilające	100-240 V
Rodzaj pracy	TriLipo
Moc RF	50W
Częstotliwość RF	1 MHz
System kontroli mocy	Pulse width modulation (PWM)
TriLipo czas trwania impulsu	20-400µs
Trilipo częstotliwość	0.78,1.56, 3.12, 6.25; 12.5; (Hz)
Trilipo amplituda pulsu	0 – 300 mA
Programy	RF;TLP;PULSE
Waga	22 kg
Wymiary	L57xW49xH127 cm (wraz z aplikatorami)