



Warszawa 23.01.2014r

Firma SKIN CLINIC Sp z o.o.

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w klinice Skin Clinic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

1. Zamawiający: Firma SK IN CLINIC Sp z o.o. zarejestrowana w KRS pod nr. 0000302468 zaprasza do złożenia oferty na
2. Przedmiot zamówienia: zakup urządzeń do regeneracji skóry (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego zapytania ofertowego zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne).
3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2014 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 00193 Warszawa, ul. Stawki 4b tel. 602 659 427. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
5. Oferta powinna również zawierać oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zasobami umożliwiającymi realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego nazwa i adres dostawcy,
7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia, 03.02.2014 r. do godziny 12:00, pisemnie na adres: poczty elektronicznej katarzyna@skinclinic.pl i/lub na adres Firma SCIK CLINIC Sp z o.o. : 00- 193 Warszawa, ul. Stawki 4b
8. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 03.02.2014 r o godz.12:00, w siedzibie zamawiającego Firma SCIK CLINIC Sp z o.o. 00- 193 Warszaw, ul. Stawki 4b
9. Z postępowania oceniającego zostanie sporządzony protokół i odesłany do uczestników postępowania.
10. Wyniki protokołu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej zamawiającego



Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu

URZĄDZENIE DO REGENERACJI SKÓRY , które będzie zawierać następujące parametry i rozwiązania– zamawiający dopuszcza inne parametry i rozwiązania równoważne

| Zastosowanie urządzenia | Regeneracja skóry |
|----------------------------------|---|
| Parametry | |
| Napięcie | 100-240 V |
| Rodzaj pracy | TriFractional™, HybridEnergy™ |
| Maksymalna wyjściowa moc RF | 50 Watts |
| Maksymalna częstotliwość RF | 1MHz |
| Wyjściowy rodzaj fali RF | Pulse width modulation (PWM) |
| Maxymalna moc energii hybrydowej | 50W |
| Programy | Fractional: Low, Medium, High Hybrid Energy: Prog. A: Hybrid Energy A: Low, Medium, High Prog. B: Hybrid Energy B: Low, Medium, High |
| Waga | 24.7 Kg |
| Wymiary | Długość 45x Szerokość 45 x Wysokość 110cm |